

**แนวทางในการปรับเปลี่ยนการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
จากมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005)
มาเป็นตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2561 (ISO 17025 : 2017)**

เพื่อให้การปรับเปลี่ยนการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเป็นไปตามแนวทางที่ประกาศโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation: ILAC) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้กำหนดแนวทางการดำเนินการในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ดังนี้

1. สำนักงานจะเริ่มรับคำขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

2. สำนักงานจะยุติการรับคำขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561

3. ผู้ขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการรายใหม่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ให้ผู้ขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการ แจ้งยืนยันการขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) เป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 สำนักงานจะดำเนินการตรวจประเมินตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น หากผลการตรวจประเมินสรุปว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กำหนด สำนักงานจะออกใบรับรองให้ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) โดยใบรับรองจะให้ใช้ได้ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

หากผู้ขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการประสงค์จะขอปรับเปลี่ยนการขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการเป็นตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) ให้แจ้งยกเลิกคำขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการเดิมเป็นลายลักษณ์อักษร และยื่นคำขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการใหม่ สำนักงานจะดำเนินการตรวจประเมินตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) หากผลการตรวจประเมินสรุปว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด สำนักงานจะออกใบรับรองให้ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันตัดสินให้การรับรอง

4. ผู้ที่ได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005)

สำนักงานจะดำเนินการตรวจประเมินเพื่อการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) โดยจะดำเนินการพร้อมกับการตรวจติดตามผลการรับรองหรือการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองตามความเหมาะสม ดังนี้

4.1 กรณีที่ได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการ ประสงค์จะขอรับใบรับรองใหม่ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)

ผู้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการ ต้องยื่นคำขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการใหม่ สำนักงานจะดำเนินการตรวจประเมินตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) ในรอบการตรวจติดตามผลการรับรองหรือรอบการต่ออายุใบรับรองนั้นๆ หากผลการตรวจประเมินสรุปว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กำหนด สำนักงานจะออกใบรับรองให้ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันตัดสินให้การรับรอง และผู้รับใบรับรองต้องส่งใบรับรองฉบับเดิมคืนสำนักงาน

4.2 กรณีที่ผู้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการ ยังไม่ประสงค์จะขอรับใบรับรองใหม่ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)

- การตรวจติดตามผลการรับรอง
ผู้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการ ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) หากพบว่าผู้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการยังคงรักษาความสามารถให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว สำนักงานจะคงไว้ซึ่งสถานะการได้รับการรับรอง

- การต่ออายุใบรับรอง
ผู้ขอรับใบรับรองห้องปฏิบัติการต้องยื่นคำขอต่ออายุตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด หากผลการตรวจประเมินสรุปว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กำหนด สำนักงานจะออกใบรับรองให้ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) โดยใบรับรองที่ออกให้ใหม่ให้ใช้ได้ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

ในการตรวจติดตามผลการรับรองหรือการตรวจเพื่อต่ออายุใบรับรองตามข้อ 4.2 ผู้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการ อาจร้องขอให้ตรวจประเมินตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) โดยต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร สำนักงานจะดำเนินการตรวจประเมินเพิ่มเติม (Gap analysis) ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) ไปพร้อมกัน ในกรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) สำนักงานจะออกรายงานเป็นข้อสังเกต

5. ใบรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) ทุกฉบับให้สิ้นอายุภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 และผู้รับใบรับรองต้องส่งใบรับรองคืนสำนักงานภายในระยะเวลา 30 วัน

